



**Podmiot leczniczy**  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZO Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**  
**Poradnia Medycyny Pracy**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98  
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

L.dz. 038/01/2021/MN

Katowice, dn. 13.01.2021 r.

### Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na Dostawę różnego sprzętu medycznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs**

**Znak sprawy: ZP/UE-B/2/2021**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy:

#### **Dotyczy: SIWZ rozdz. IX – Miejsce, termin i sposób złożenia i otwarcia ofert**

##### Pytanie nr 1:

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

##### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Dotyczy: pakiet nr II – Wózek reanimacyjny**

##### Pytanie nr 2:

Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek medyczny wykonany ze stali pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję?

##### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



*My  
Just*



**Podmiot leczniczy**  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**  
**Poradnia Medycyny Pracy**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98  
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 3:

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści trzy szuflady o wysokości 225 mm?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek wyposażony rączkę do prowadzenia umieszczoną z boku wózka?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jedną boczną szynę instrumentalną na akcesoria i zamek?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wymiary blatu (dł. x szer.) 640 x 545 mm?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 610 x 720 x 1080 mm?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę z 10 pojemnikami?

Odpowiedź nr 8:


Zamawiający dopuszcza.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



*Wytek*





Podmiot leczniczy  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**  
**Poradnia Medycyny Pracy**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98  
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik z pokrywą montowany do wózka o poj. 14l – 2 szt.?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza.

**Dotyczy: Pakiet nr V Rolki do przesuwania pacjentów**

Pytanie nr 10:

Pkt 1 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 760x360 mm

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Pkt 2 Prosimy o dopuszczenie udźwigu do 160 kg

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Pkt 3 Prosimy o dopuszczenie konstrukcji aluminiowej, rolki na łożyskach kulkowych zapewniających płynne przesuwanie

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dopuszcza.





**Podmiot leczniczy**  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**  
**Poradnia Medycyny Pracy**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98  
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 13:

Pkt 4 Prosimy o dopuszczenie taśmy z PCV pokrytej lakierem akrylowym z obu stron, odpornej na uszkodzenia

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Pkt 5 Prosimy o dopuszczenie części metalowych wykonanych ze szlifowanego aluminium dostosowanego do mycia i dezynfekcji

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza.

**Dotyczy: Pakiet nr VI Podnośnik hydrauliczny do podnoszenia pacjentów**

Pytanie nr 15:

Pkt 1 Prosimy o dopuszczenie nośności 180 kg

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 16:

Pkt 2 Prosimy o dopuszczenie podnośnika wykonanego ze stali, malowanej epoksydowo

Odpowiedź nr 16

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Pkt 7 Prosimy o dopuszczenie szerokości 108 cm

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 18:

Pkt 8 Prosimy o dopuszczenie kół fi 100 mm

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie dopuszcza





Podmiot leczniczy  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**  
**Poradnia Medycyny Pracy**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98  
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 19:

Pkt 9 Prosimy o dopuszczenie akumulatora jonowo-litowego o wytrzymałości 84 cykli, ładowarka zintegrowana z podnośnikiem, istnieje możliwość doposażenie w ładowarkę zewnętrzną

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 20:

Pkt 10 Prosimy o dopuszczenie czasu ładowania do 85% (1h 10 min)

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Pkt 13 Prosimy o dopuszczenie podnośnika, wyposażonego w 4 punktowy wieszak do zawieszania nosideł pacjenta sterowany w zakresie góra/dół.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający nie dopuszcza

### **Dotyczy: pakiet VI**

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik spełniający większość opisanych parametrów, ale z napędem wyłącznie elektrycznym?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający dopuszcza podnośnik z napędem wyłącznie elektrycznym spełniający wszystkie pozostałe wymagane parametry.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany nazwy pakietu nr VI i nadaje mu brzmienie: „Podnośnik do podnoszenia pacjentów”, we wszystkich miejscach dokumentacji przedmiotowego postępowania t.j.:

1. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 1.
2. Załącznik nr 2.6 Formularz asortymentowo-cenowy.
3. Załącznik nr 5 Wzór umowy paragraf § 1 Przedmiot umowy.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



*Handwritten signature*



**Podmiot leczniczy**  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**  
**Poradnia Medycyny Pracy**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98  
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik, w którym odległość od uchwytu na nosidła do podłogi przy maksymalnym podniesieniu wynosi 138 cm?

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik, w którym szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej rozłożonej wynosi 118 cm?

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu Zamawiający przedkłada nowe brzmienie Załącznika nr 3.2, 3.5, 3.6 do Zapytania ofertowego, uwzględniające udzielone odpowiedzi.

**Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 21.01.2021 r. godzina 10:00 i otwarcia ofert na dzień 21.01.2021 r. godzina 10:15.**

PREZES ZARZĄDU  
  
Michał Nowrotek

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Agnieszka Fros





## Załącznik nr 3.2 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia

Pakiet nr II  
Wózek reanimacyjny

Producent: .....

Rok produkcji (nie starszy niż 2020r.): .....

Okres gwarancji - 24 miesiące

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	wpisać TAK/NIE
1.	Wózek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	
2.	Wózek wyposażony w trzy szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą)	
3.	Wysokość szuflad: górna 170mm, śr. 230 mm, dolna 300 mm,	
4.	Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem, zamykane na zamek	
5.	Wyrób na kółkach min. fi 100 mm (dwa z blokadą)	
6.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża	
7.	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego.	
8.	Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu lub boku wózka	
9.	Błat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron)	
10.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	
11.	Wózek wyposażony w relingi boczne lub jedną boczną szynę instrumentalną na akcesoria i zamek	
12.	Wymiary blatu (dłxszxw) w mm: min.: 640x545 mm	
13.	Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm min.: 610x700x985	
<b>Wyposażenie wózka:</b>		
1.	Nadstawka z minimum 10 pojemnikami – 1 szt.	
2.	Stelaż lub pojemnik z pokrywą montowany do wózka o poj. 15 l (+/- 1 l) – 2 szt.	

	Pozostałe warunki	
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia atest - PZH	
2.	Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych	
3.	Certyfikat CE	

.....

Podpis i pieczęć uprawnionego/nych  
przedstawicieli Wykonawcy



## Załącznik nr 3.5 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia

**Pakiet nr V**  
**Rolki do przesuwania pacjentów**

Producent:.....

Rok produkcji (nie starszy niż 2020r.): .....

**Okres gwarancji - 24 miesiące**

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	wpisać TAK/NIE
1	wymiary: min. 760x340 mm	
2	udźwig: min. 130 kg	
3	produkt powinien składać się z obracanych rolek z duraluminium osadzonych w duraluminiowej ramie lub konstrukcji aluminiowej, rolki nałożyskach kulkowych zapewniających płynne przesuwanie	
4	pokrycie wykonane ze skóry ekologicznej lub taśma z PCV pokryta lakierem akrylowym z obu stron, odporna na uszkodzenia	
5	części metalowe pokryte trwałą i wytrzymałą powłoką poliestrową lub wykonane ze szlifowanego aluminium dostosowanego do mycia i dezynfekcji	

.....  
 Podpis i pieczęć uprawnionego/nych  
 przedstawicieli Wykonawcy

## Załącznik nr 3.6 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia

**Pakiet nr VI**  
**Podnośnik do podnoszenia pacjentów**

Producent:.....

Rok produkcji (nie starszy niż 2020r.): .....

**Okres gwarancji - 24 miesiące**

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	wpisać TAK/NIE
1	Maksymalna nośność nie mniej niż: 200 kg	
2	Konstrukcja aluminiowo-stalowa lub wykonana ze stali malowanej epoksydowo	
3	Elektryczna regulacja wysokości siłownikiem sterowanym z pilota	
4	Odległość od uchwytu na nosidła do podłogi przy maksymalnym podniesieniu nie mniej niż 143 cm (+/- 5cm)	
5	Elektryczne rozszerzanie podstawy jezdnej, sterowane z pilota.	
6	Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej złożonej nie więcej niż 80 cm.	
7	Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej rozłożonej 128 cm(+/- 10 cm).	
8	Układ jezdny wózka wyposażony w 4 koła jezdne z czego dwa z hamulcami, tylne kółka większe min. 100 mm średnicy, przednie mniejsze nie więcej niż 75 mm średnicy	
9	Wytrzymały akumulator typu NiMh, o wytrzymałości min 90 cykli, wyjmowany, w komplecie akumulator i ładowarka zewnętrzna (nie zintegrowana z podnośnikiem)	
10	Możliwość szybkiego ładowania akumulatora – nie dłużej niż 3,5 h do pełnego naładowania lub nie dłużej niż 1 h 10 min do 85%	
11	Konstrukcja podnośnika umożliwiająca podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka inwalidzkiego, ale również z pozycji podłogi	
12	Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie podnośnika do transportu	



13	Podnośnik dla chorych z zaczepem 4-punktowym sterowanym elektrycznie do zaczepienia nosideł i noszy, sterowany z pilota w zakresie pochylania nosideł i noszy, punkty zaczepowe przesuwne blokujące się samoczynnie pod ciężarem pacjenta	
14	Awaryjne mechaniczne i elektryczne obniżanie	
15	W zestawie nosidło transportowe: rozmiar „M”- 1 szt.	
16	Podnośnik wyposażony w system diagnostyczny umożliwiający odczytanie ilości i rodzaju awarii, czasu pracy podnośnika, czasu pozostałego do planowanego przeglądu technicznego	
17	Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych	
18	Certyfikat CE	

.....

Podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy

