



**Podmiot leczniczy**  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

**Katowice, dnia 18.08.2023 r.**

**L.dz. 680/08/2023MK**

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: Zapytania ofertowego Rozbudowa systemu informatycznego szpitala i jego integracja, zakup systemów informatycznych oraz dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG2.1 w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

**Znak sprawy: ZP/UE-I/1/2023**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

#### **Pytanie nr 1:**

Dot. zał. Nr 3.2 pakiet II Pytanie 1. Zamawiający oczekuję w ramach dostawy zapewnienia licencji na podłączenie jednego węzła lub urządzenia DICOM. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem podłączenia lub licencji. Prosimy również o informację czy koszty integracji oraz licencji oferowanego rozwiązania z systemem PACS (Fuji Film) ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca?

#### **Odpowiedź nr 1:**

System który zostanie dostarczony musi zapewnić licencję umożliwiającą podłączenie jednego węzła dicom i umożliwienie komunikacji z nim. Może to być zewnętrzny system pacs lub urządzenie diagnostyczne komunikujące się w standardzie dicom.





**Podmiot leczniczy**  
**MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**  
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



**NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego**  
**Specjalistyczna Poradnia Urologiczna**

tel.: 32 602 70 00  
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00  
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03  
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05  
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Zamawiający nie wymaga wykonania integracji z systemem pacs fuji natomiast wymaga pełnej konfiguracji zgodnie z załącznik nr 3.2 "wymagane parametry przedmiotu zamówienia" po stronie dostarczanego systemu konsultacji teleradiologicznej.

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji zaoferowania rozwiązania uznanego producenta bez opcji dostępu do obrazów za pomocą tabletu lub smartfona?. Uzasadnienie: Wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność preferuje konkretnego producenta, tym samym wymaganie narusza przepisy wolnej konkurencji uniemożliwiając złożenie ofert innym Wykonawcom.

### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga dostępu do obrazów przez urządzenia mobilne w celu szybkiej konsultacji.

### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji zaoferowania rozwiązania uznanego producenta bez funkcji pomiarów VTI , EKG, adaptacyjnego „responsywnego” interfejsu użytkownika o rozmiarze ekranu dla tabletów i smartfonów, sterowania typu multi-touch dla tabletów, smartfonów i dodatkowych monitorów. Uzasadnienie: Wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność preferuje konkretnego producenta, tym samym wymaganie narusza przepisy wolnej konkurencji uniemożliwiając złożenie ofert innym Wykonawcom

### **Odpowiedź nr 3:**

Zgodnie z załącznikiem nr 3.2 "wymagane parametry przedmiotu zamówienia" Zamawiający wymaga dostępu do telekonsultacji z urządzeń mobilnych z wszystkimi funkcjonalnościami. Z naszego badania rynku wynika, że kilka systemów dostępnych na rynku spełnia warunek wyświetlania obrazu na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Piotr Humański

