



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

L.dz. 1155/09/2022

Katowice, dnia 14.09.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Dostawa i montaż urządzeń do Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.
Nr sprawy: ZP/UE-CS/2/2022

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TEMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Odpowiedź na pytanie nr 42 z dnia 07.09.2022. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi czy Zamawiający wymaga minimalnej głębokości komory wymaganego sterylizatora plazmowego tj. 730mm?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga minimalnej głębokości komory.
730 mm to preferowana przez Zamawiającego głębokość.

Pytanie nr 2:

Dot. par. 4 ust. 2, wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie zapisu „Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego”?



Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Uzasadnienie: Takie postanowienie oznacza, że wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania napraw również w sytuacji gdy uszkodzenie będzie wynikiem okoliczności niezależnej od stron, np. w przypadku siły wyższej.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3:

Dot. wyjaśnień z dnia 07.09.2022 (odpowiedź nr 2 i 9) oraz par. 4 ust. 7 wzoru umowy:

Czy Zamawiający dopuści wymianę urządzenia na nowe w przypadku wystąpienia 10 kolejnych awarii tego samego elementu/podzespołu oraz wyrazi zgodę na zmianę zapisu par. 4 ust. 7 na następujący:

„Obligatoryjna wymiana urządzenia na nowe nastąpi w przypadku 10 kolejnych awarii tego samego elementu/podzespołu” ?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu paragraf 4 ust. 7 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

„Obligatoryjna wymiana urządzenia na nowe nastąpi w przypadku wystąpienia 10 kolejnych awarii tego samego elementu/podzespołu”.

Pytanie nr 4:

Dot. par. 5 ust. 1.1. i 1.2. wzoru umowy:

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar na 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 5:

Dot. par. 5 ust. 3. wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie zapisu par. 5 ust. 3 wzoru umowy?





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZO: Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Uzasadnienie: Postanowienie bardzo ocenne - umożliwi Zamawiającemu rozwiązanie umowy w zasadzie w każdej chwili.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 6:

Dot. Pakiet nr 1 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3.1):

Dot. pkt. 1.c: Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (SxGxW) 1110x990x1870 mm?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 7:

Dot. pkt. 1.d: Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor wyposażoną w drzwi przesuwne pionowo oraz dodatkowo wózki do za/rozładunku?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 8:

Dot. pkt. 1.e: Czy Zamawiający dopuści ergonomiczną wysokość za/rozładunku komory myjni-dezynfektora wynoszącą 800 mm?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Dot. pkt. 1.g: Czy Zamawiający dopuści sterownik urządzenia wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 7" po stronie załadunkowej i wyladunkowej urządzenia zamiast wyświetlacza dwuwierszowego tekstowego i klawiatury membranowej?

Uzasadnienie: Kolorowy, dotykowy wyświetlacz 7" zapewnia większą czytelność niż wyświetlacz tekstowy dwuwierszowy.





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Dot. pkt. 1.h: Czy Zamawiający dopuści zmianę koloru podświetlenia ekranu sygnalizującą stan urządzenia - zielony w przypadku zakończenia procesu, żółty w przypadku komunikatów ostrzegawczych oraz czerwony w przypadku awarii?

Uzasadnienie: Rozwiązanie równoważne pod względem praktycznym dla użytkownika.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Dot. pkt. 1.k: Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę parametrów cyklu zlokalizowaną po stronie rozładunkowej, umiejscowioną obok komory?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 12:

Dot. pkt. 2. (Wyposażenie): Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych wyposażony w min. 30 przyłączy niezależny do wózka 5-poziomowego?

Uzasadnienie: Rozwiązanie równoważne pod względem praktycznym dla użytkownika.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana myjnia-dezynfektor posiadała dedykowany program i wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji instrumentów robota Da Vinci?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający zaleca, nie wymaga.

Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany, o których mowa powyżej Zamawiający informuje, iż zmienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz Ogłoszeniu o zamówieniu



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

pn. Dostawa i montaż urządzeń do Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymianą urządzeń Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego_ Baza konkurencyjności – Ogłoszenie nr Ogłoszenie nr 2022-10592-121523 termin składania i termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert – 28.09.2022 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert – 28.09.2022 r. godz. 12:15

WICEPREZES ZARZĄDU

Patrycja Onak

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Humański