

Katowice, dnia 07.11.2023 r.

L.dz. 317/11/2023

Uczestnicy postępowania

Dotyczy zapytania ofertowego na: Zakup, dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu telekonsultacji pola operacyjnego wraz z funkcją lekarz-lekarz i e-konsylium w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Śląskim Szpitalu Urologicznym w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Znak sprawy: ZP/UE-I/2/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty, punkt IX: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy podany w w/w zapytaniu?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika nr 3 wymagane parametry przedmiotu zamówienia, Jednostka sterująca: Czy Zamawiający dopuści jednostkę sterującą o następujących parametrach: Przekątna ekranu 24 cali, wejścia 2 x DP+, 4 x USB 3.1, 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MBit; procesor CPU Intel Core i5, 8 generacja, z modułami WI-FI i Bluetooth, Windows 11 Pro 64 bit bez czytnika kar i DVD? Odczyt kart i płyt DVD będzie możliwy poprzez dołączone zewnętrzne czytniki kart i płyt DVD? Wyszpecyfikowana jednostka sterująca przewyższa parametrami opisaną jednostkę. Dodane moduły WI-FI Bluetooth

pozwolą na użytkowanie zestawu bez konieczności podłączenia kablem do szpitalnej sieci LAN zestawu do teletransmisji. Pozwoli to na zwiększenie ergonomii pracy. Przekątna 24 cali ułatwi uczestnictwo w sesjach telekonsultacji.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuści jednostkę sterującą o następujących parametrach: Przekątna ekranu 24 cali, wejścia 2 x DP+, 4 x USB 3.1, 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MBit; procesor CPU Intel Core i5, 8 generacja, z modułami WI-FI i Bluetooth, Windows 11 Pro 64 bit bez czytnika kart i DVD z odczytem kart i płyt DVD poprzez dołączone zewnętrzne czytniki kart i płyt DVD.

W przypadku zaferowania rozwiązań dopuszczonych niniejszymi odpowiedziami Wykonawca zobowiązany jest w załączniku 3 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia w kolumnie „Wpisać TAK/NIE” wpisać tak i podać jakie parametry posiada oferowany przez niego sprzęt, tak aby Zamawiający mógł zweryfikować co Wykonawca oferuje.

W tej sytuacji Wykonawca wprowadza również dodatkową informację, że niniejszy parametr został dopuszczony zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr udzieloną przez Zamawiającego w dniu

Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany, o których mowa powyżej Zamawiający informuje, iż niniejszym zmienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz Ogłoszeniu o zamówieniu pn. Zakup, dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu telekonsultacji pola operacyjnego wraz z funkcją lekarz-lekarz i e-konsylium w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Śląskim Szpitalu Urologicznym w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia, Baza konkurencyjności – Ogłoszenie nr 2023-10592-177155, termin składania i termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert – 21.11.2023 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert – 21.11.2023 r. godz. 12:15

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

prof. Igał Mór

Maciej Polys