



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

L.dz. 1238/10/2021/MN

Katowice, dnia 25.10.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zakup i dostawa elektrycznych łóżek szpitalnych w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Znak sprawy: ZP/UE-B/5/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Dotyczy: Załącznik nr 3 - wymagane parametry przedmiotu zamówienia; II opis parametrów wymaganych.

1. Ad. pkt. nr 1 – Prosimy o dopuszczenie konstrukcji łóżka wykonanej ze stali pokrytej powłoką epoksydową.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza łóżka, których konstrukcja wykonana jest ze stali pokrytej powłoką epoksydową.

2. Ad. pkt. nr 2 - Prosimy o dopuszczenie łóżka na ramionach wznoszących podpierających ramę leża w min. 4 punktach, gwarantując tym samym stabilność leża.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

3. Ad. pkt. nr 4 - Prosimy o dopuszczenie leża o wymiarach 850 x 2000 mm przy spełnieniu pozostałych wymagań w punkcie nr 4.





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00

tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza leże o wymiarach 850x200 mm przy spełnieniu pozostałych wymagań w punkcie 4.

4. Ad. pkt. nr 8 - Prosimy o dopuszczenie elektrycznych regulacji jak niżej: -segment pleców 0°-65° - segment uda 0°-30° Pozostałe parametry regulacji zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza elektryczną regulację segmentu pleców 0°-70°(± 5°). Pozostałe parametry regulacji zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego.

5. Ad. pkt. nr 9 - Prosimy o dopuszczenie elektrycznej regulacji wysokości leża w zakresie 425 – 780 mm.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

6. Ad. pkt. nr 10 - Prosimy o dopuszczenie elektrycznych funkcji łóżka jak niżej, regulowanych za pomocą oddzielnych przycisków: Z poziomu panelu pielęgniarskiego - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud -funkcja auto-kontur - pozycja do badania - pozycja fotela kardiologicznego -pozycja Trendelenburg'a - pozycja anty-szokowa - pozycja anty-Trendelenburg'a - pozycja do CPR Z poziomu pielęgniarskiego możliwość blokowania poszczególnych funkcji poza ratującymi życie (tj. CPR lub poz. anty-szokowa). Z poziomu pilota pacjenta - regulacja wysokości leża -regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu uda - funkcja auto-kontur - pozycja wyjściowa - pozycja fotela kardiologicznego

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dopuszcza.

7. Ad. pkt. nr 12 - Prosimy o dopuszczenie segmentów leża wypełnionych zdejmowanymi lamelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego, odpornymi na promieniowanie UV, zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający dopuszcza leże wypełnione zdejmowanymi lamelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego, odpornymi na promieniowanie UV, przy spełnieniu pozostałych wymagań w punkcie nr 12.

8. Ad. pkt. nr 13 - Prosimy o dopuszczenie przedłużenia leża o 200 mm.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

9. Ad. pkt. nr 14 - Prosimy o dopuszczenie lekkich tworzywowych szczytów łóżka, wyjmowanych od strony nóg i głowy, demontowanych bez konieczności użycia narzędzi co umożliwi łatwy





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających. Szczyty odporne na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV, preparaty dezynfekcyjne.
Odpowiedź nr 9
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

10. Ad. pkt. nr 15 - Prosimy o dopuszczenie barierek bocznych o długości równej minimum $\frac{3}{4}$ długości leża, dodatkowo ułatwiających pacjentowi podnoszenie się.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

11. Ad. pkt. nr 16 - Prosimy o dopuszczenie wysuwanej półki na pościel zintegrowanej z elementem przedłużenia leża.
Odpowiedź nr 11
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że nie wystaje poza obrys łóżka.

12. Ad. pkt. nr 19 – łóżko wyposażone w uchwyty materaca w czterech miejscach w okolicy dwóch segmentów leża, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające przesuwaniu się materaca.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w uchwyty materaca w czterech miejscach w okolicy dwóch segmentów, przy spełnieniu pozostałych wymagań w punkcie 19.

13. Ad. pkt. nr 21 - Prosimy o dopuszczenie 250 kg bezpiecznego obciążenia roboczego dla każdej pozycji leża.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych wymagań w punkcie 21.

14. Ad. pkt. nr 23 - Prosimy o dopuszczenie możliwości wyboru min. 4 kolorów wypełnień szczytów.
Odpowiedź nr 14.
Zamawiający dopuszcza.

15. Czy w rozumieniu pkt 3 Zamawiający dopuści w łóżkach wolną przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynoszącą 125 mm umożliwiającą łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych? Parametr tylko w nieznaczny sposób różni się od oczekiwanego
Odpowiedź nr 15
Zamawiający dopuszcza.

16. Czy w rozumieniu pkt 4 Zamawiający dopuści łóżka z wymiarami leża 900x1900 mm?
Odpowiedź nr 16
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.



Handwritten signature

Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00

tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

17. Czy w rozumieniu pkt 8 Zamawiający dopuści łóżka z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców 75 ° ?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający dopuszcza elektryczną regulację segmentu pleców 0°-70°(± 5°). Pozostałe parametry regulacji zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego.

18. Czy w rozumieniu pkt 8 Zamawiający dopuści łóżka z elektryczną regulacją segmentu uda 35 ° ?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

19. Czy w rozumieniu pkt 8 Zamawiający kąt przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga 12° ?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

20. Czy w rozumieniu pkt 9 Zamawiający dopuści łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 490-740 mm ?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

21. Czy w rozumieniu pkt 12 Zamawiający dopuści leże wypełnione metalowymi panelami ?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

22. Czy w rozumieniu pkt 13 Zamawiający dopuści łóżka z brakiem możliwości przedłużenia leża ?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

23. Czy w rozumieniu pkt 14, Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe, zaokrąglone z dwóch stron w kierunku leża ?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

24. Czy w rozumieniu pkt 15, Zamawiający dopuści bariereki boczne podwójnie dzielone, tworzywowe, po obu stronach łóżkach, chroniące pacjenta na całej leża ?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

25. Czy w rozumieniu pkt 16, Zamawiający dopuści łóżka bez wysuwanej półki do odkładania pościeli ?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

26. Czy w rozumieniu pkt 19 Zamawiający dopuści łóżka bez tworzywowych uchwytów materaca?
Odpowiedź nr 26

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

27. Czy w rozumieniu pkt 20 Zamawiający dopuści podstawę łóżka jezdna wyposażoną w antystatyczne koło o średnicy 125 mm?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

28. Czy w rozumieniu pkt 21 Zamawiający dopuści łóżka z bezpiecznym obciążeniem do 170 kg?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

29. Czy w rozumieniu pkt 23 Zamawiający dopuści wybór 1 koloru ramy, oraz dowolnych 2 kolorów szczytów?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy do 60 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź nr 30

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

31. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka medyczne o poniższych parametrach użytkowych?

Nasze łóżka od lat sprawdzone w warunkach szpitalnych m. in. w takich placówkach jak: Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Katowicach, Centrum leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich czy w GCM Katowice

Opis parametru
Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. Systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych.
Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52
Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępnym bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125mm) nie mniejszy niż 16cm
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg
Leże łóżka (min. 4 segmenty) wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane panele leża.
Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
Wyprofilowane panele platformy materaca redukujące nacisk na ciało pacjenta





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Liczba ruchomych segmentów łóżka min. 3
Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 224 +/-2cm
Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min [cm] 23
Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu ułożenie materaca.
Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierki bocznych) [cm] 102-104
Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru
Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelburga/ anty-Trendelburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji
Możliwa opcja sterowania podstawowymi funkcjami łóżka pilotem dla pacjenta - regulacja funkcji biokontur (przy płaskich panelach leża funkcji autokontur)
Regulacja elektryczna wysokości leża [cm] 32-76 (przy kołach o śr. 125 mm)
Regulacja elektryczna części plecowej [°] 0-62
Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców z chwilową pauzą po osiągnięciu przez oparcie kąta 30°, co umożliwi proste osiągnięcie korzystnej klinicznie pozycji
Regulacja elektryczna części udowej [°] 0-20
Funkcja przechyłów wzdłużnych Trendelburga i anty-Trendelburga – sterowana elektrycznie z pilota w zakresie min. 12 [°]
Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn
Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokady funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji ratunkowej CPR)
Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem
Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na każdym panelu sterującym. Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego.
Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka
Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta
Funkcja autokontur (biokontur – w przypadku zakrzywionych paneli leża) - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg celem uzyskania komfortowej pozycji pacjenta
Pojedyncze koła jezdne – średnica min. 12,5 [cm]
W każdym rogu łóżka – koło odbojowe
Barierki boczne tworzywowe dzielone lub metalowe 3/4 składane wzdłuż ramy leża (zgodne z





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOO Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

normą 60601-2-52)
Barierki poruszające się wraz z segmentami leża w przypadku barierki dzielonych, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem
Barierki lub/i rama łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia
Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezglowia oraz dwa gniazda od strony nóg. Możliwość zainstalowania różnych akcesoriów (np. rama ortopedyczna, wieszaki kroplówek, uchwyty pacjenta)
Zasilanie 230V 50Hz
Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku (nie dotyczy oświetlenia pod łóżkiem jeśli występuje). Zasilanie wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania
Wyposażenie:
- wieszak na kroplówki – 1szt.
- półka na pościel – 1szt.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 56 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

33. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podstawy łóżka pantografowej, konstrukcji posiadającej cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującej stabilność leża?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający dopuszcza.

34. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie długości całkowitej łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

35. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 860 x 1980 mm co będzie traktowane jako wymiar leża? W oferowanym łóżku wymiary



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający dopuszcza.

36. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

37. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji segmentu oparcia pleców 0 - 65° (+/- 5°) z optyczny wskaźnikiem kąta przechyłu?

Odpowiedź nr 37

Zamawiający dopuszcza elektryczną regulację segmentu pleców 0°-70°(± 5°). Pozostałe parametry regulacji zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego.

38. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji kąta przechyłu Trendelenburga 13° (+/- 2°)?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

39. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji kąta przechyłu anty-Trendelenburga 15° (+/- 2°)?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

40. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu podudzia ręcznej za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

41. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji wysokości w zakresie od 410 do 815 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź nr 41

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

42. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka sterowanego pilotem przeznaczonym dla pacjenta oraz panelem centralnym (zawieszanym na szczycie łóżka od strony nóg

8



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00

tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

pacjenta) przeznaczonym dla personelu z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny z poziomu panelu centralnego (zablokowanie danej funkcji na panelu centralnym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie); pilot bez optycznego wskaźnika podłączenia do sieci; w celu bezpieczeństwa pacjenta pilot bez możliwością regulacji funkcji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający dopuszcza.

43. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź nr 43

Zamawiający dopuszcza.

44. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnionego płytami HPL, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odemowane bez użycia narzędzi?

Odpowiedź nr 44

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

45. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczytów łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, łatwo odemowanych, odpornych na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV; górna część szczytu posiadająca wyprofilowane uchwyty ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu?

Odpowiedź nr 45

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

46. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w cztery opuszczane obok ramy leża niezależnie, tworzywowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości, każda barierka posiadająca wyprofilowane uchwyty ułatwiające wstawanie lub siadanie; łóżko wyposażone w czterech narożnikach w krążki odbojowe chroniące przed uszkodzeniami?

Odpowiedź nr 46

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

47. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego po dwóch stronach w haczyki na worki urologiczne?

Odpowiedź nr 47

Zamawiający dopuszcza.



Handwritten signature and initials.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

48. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego tworzywowe uchwyty materaca (nie elastyczne) przy dwóch segmentach leża, dostosowane się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?

Odpowiedź nr 48

Zamawiający dopuszcza.

49. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy łóżka jezdnej wyposażonej w koła o średnicy 150 mm, z jednym kołem antystatycznym (kierunkowym), z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający dopuszcza.

50. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpiecznego obciążenia 250 kg potwierdzonego m.in. w oryginalnych materiałach informacyjnych producenta oraz instrukcji obsługi?

Odpowiedź nr 50

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

51. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ramy łóżka tylko w kolorze szarym z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź nr 51

Zamawiający dopuszcza.

52. Czy ze względu na wymóg dostarczenia zaawansowanych urządzeń szpitalnych, tj. łóżek elektrycznych, biorąc pod uwagę sytuację pandemii, skutkującej długimi terminami dostaw podzespołów i przedłużonych cykli produkcyjnych, Zamawiający urealni i wydłuży termin realizacji zadania do 6 tygodni od chwili podpisania umowy?



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOO Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 52

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

53. Ponadto Zamawiający w projekcie umowy określił bardzo wysokie kary umowne, tj. 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Prosimy o zmniejszenie kar do poziomu ogólnie przyjętego w branży dostaw wyrobów medycznych, tj. 0,1 – 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, co skłoni większą liczbę wykonawców do złożenia bezpiecznej, konkurencyjnej oferty. Zaproponowana kara umowna, przy bardzo krótkim terminie realizacji ma w tej postaci działanie odstrasżające, a nie dyscyplinujące.

Odpowiedź nr 53

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

54. W zakresie pkt. 3: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z wolną przestrzenią pod podwoziem 120 mm na odcinku 1300 mm, co w zupełności wystarcza dla swobodnego najazdu podnośnika chorego, a także umożliwia łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Odpowiedź nr 54

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

55. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o całkowitej długości 2180 mm jako parametr lepszy?

Odpowiedź nr 55

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

56. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm? Szerokość leża jest zaledwie 20 mm węższa od wymaganej.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający dopuszcza.

57. W zakresie pkt. 8: Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia segmentu oparcia pleców w optyczny wskaźnik kąta przechyłu.

Odpowiedź nr 57

Zamawiający dopuszcza.








Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

58. W zakresie pkt. 12: Czy Zamawiający dopuszcza - dla lepszej sztywności leża - zaoferowanie łóżka z leżem wypełnionym płytami laminatowymi HPL (przeziernymi RTG, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę, środki dezynfekujące, działanie UV, wilgoć) montowanymi na stałe?

Odpowiedź nr 58

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

59. W zakresie pkt. 12: Czy Zamawiający dopuszcza - dla lepszej sztywności leża - zaoferowanie łóżka z leżem wypełnionym płytami laminatowymi HPL odejmowanymi (przeziernymi RTG, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę, środki dezynfekujące, działanie UV, wilgoć)?

Odpowiedź nr 59

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

60. W zakresie pkt. 13: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z funkcją przedłużania leża o 200 mm?

Odpowiedź nr 60

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

61. W zakresie pkt. 14: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka ze szczytami o kształcie prostokąta otwartego w dolnej części, z wyraźnie zaokrąglonymi górnymi rogami, wykonanymi z rury stalowej lakierowanej proszkowo, łatwo odejmowanymi, wypełnionymi wysokiej jakości płytą HPL odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV? Górna część stalowego szczytu jest także uchwytem ułatwiającym transport, stanowiącym 100% długości szczytu.

Odpowiedź nr 61

Zamawiający dopuszcza., pod warunkiem zaoferowania płyty 8mm.

62. W zakresie pkt. 14: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka ze szczytami wypełnionymi płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź nr 62

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

63. W zakresie pkt. 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z poręczami: Poręcze boczne stalowe, lakierowane, jednoczęściowe, składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z trzech poprzeczek poziomych oraz łączników

Handwritten signature and initials



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

ponowych i zabezpieczające nie mniej niż 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52.

Odpowiedź nr 63

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

64. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka wyposażonego stalowe, stałe uchwyty materaca, zamiast elastycznych?

Odpowiedź nr 64

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

65. W zakresie pkt. 21: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o dopuszczalnym obciążeniu 230 kg potwierdzonym wewnętrznymi badaniami i protokołami producenta?

Odpowiedź nr 65

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

66. W zakresie pkt. 23: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie palety 6 kolorów wypełnień szczytów? Krótki wymagany termin realizacji zbiega się z ograniczoną ofertą producentów płyt HPL wynikającą z zatorów produkcyjnych wywołanych pandemią.

Odpowiedź nr 66

Zamawiający dopuszcza.

67. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na podwójnych ramionach wznoszących podpierających leże w 8 punktach, co nie ma wpływu na użytkowanie łóżka?

Odpowiedź nr 67

Zamawiający dopuszcza.

68. Czy zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych łóżka: długość całkowita 2180 mm, szerokość 995mm oraz wymiarem leża 900x2000? Zaproponowane rozwiązanie jest bardziej komfortowe dla pacjenta.

Odpowiedź nr 68

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

69. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-35°? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla pacjenta z uwagi na większą przestrzeń pomiędzy



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZoz Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

segmentem pleców i uda przy maksymalnym podniesieniu. Dodatkowo informujemy, że łóżko które chcemy zaoferować posiada funkcję autoregresji w segmencie uda.

Odpowiedź nr 69

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

70. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0-15°, dla obu kierunków?

Odpowiedź nr 70

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

71. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie: 370 do 735 mm. Wysokość 735 mm jest wystarczającą wysokością do ergonomicznej i wydajnej pracy personelu przy pacjencie, zachowując pełną stabilność leża.

Odpowiedź nr 71

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

72. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150 mm, co umożliwi dopasowanie łóżka do pacjentów o wzroście nawet powyżej 200cm?

Odpowiedź nr 72

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

73. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlewu, o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, szczyty o grubości min 20mm, odcinane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, wyposażone w dwa wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące około 70% długości szczytu, szczyty odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź nr 73

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

74. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery bariery boczne tworzywowe dzielone, opuszczane za pomocą sprężyny gazowej, konfigurowalne na całej długości wraz z wbudowanymi panelami sterowania oraz dodatkowym kompletem barierek odcinanych w części nożnej, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża z możliwością wykorzystania każdej bariery jako słupek bądź podparcie dla pacjenta? Zaproponowane rozwiązanie jest lepsze od oczekiwanego. Zabudowanie pilota zwiększa trwałość łóżka (nie ma ryzyka uszkodzenia przewodów podczas

Handwritten signature and initials



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

transportu wewnątrz szpitalnego). Takie rozwiązanie oferuje zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża bez względu na ustawienie pozycji oparcia pleców podczas podnoszenia pleców górna barierka wędruje wraz z tym segmentem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że rozwiązanie umożliwia dopasowanie łóżka do potrzeb pacjenta, co zminimalizuje ryzyko upadków pacjenta z łóżka.

Odpowiedź nr 74

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

75. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem dopasowanym do leża, leże z metalowymi uchwytami zabezpieczającymi materac przed przesuwaniem, zlokalizowanymi w skrajnych punktach, narożnikach leża, zatem nie ma ryzyka, że pacjent usiądzie na nich podczas wstawiania?

Odpowiedź nr 75

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

76. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm, gwarantującymi doskonałą mobilność oraz zwrotność łóżka?

Odpowiedź nr 76

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

77. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze białym?

Odpowiedź nr 77

Zamawiający dopuszcza.

78. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów w kolorze beżowym, uniwersalnym, pasującym do każdego wystroju sal szpitalnych?

Odpowiedź nr 78

Zamawiający dopuszcza.

79. Z uwagi na wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni, zwracamy się z prośbą o możliwość dostawy w ciągu kilku dni od podpisania umowy w przypadku wygranej. Czy Zamawiający będzie gotowy do przyjęcia dostawy w krótszym terminie niż wymagany?

Odpowiedź nr 79

TAK

80. W związku brakiem opisu wyposażenia w postaci materaca, zwracamy się z zapytaniem czy łóżko należy dostarczyć wraz z materacem szpitalnym?

Handwritten signature and initials



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 80
Zamawiający nie wymaga materaca.

Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany, o których mowa powyżej Zamawiający informuje, iż niniejszym zmienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz Ogłoszeniu o zamówieniu pn. Zakup i dostawa elektrycznych łóżek szpitalnych w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-052A/19-003 pn. „Praca na zdrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – Baza konkurencyjności – Ogłoszenie nr 2021-10592-74583, termin składania i termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert – 29.10.2021 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert – 29.10.2021 r. godz. 12:15

PREZES ZARZĄDU

Michał Nowrotek
Michał Nowrotek

WICEPREZES ZARZĄDU

Patrycja Onak
Patrycja Onak

