



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Katowice, dnia 06.03.2019 r.

L.dz. 224/3/2019

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zakup i dostawa Ramienia C – ruchomej stacji rentgenowskiej – 1 zestaw dla MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-05HB/17-000 pn. „Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach poprzez zakup sprzętu do leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Znak sprawy: ZP/UE-S/3/2019.

Na podstawie Rozdziału XI ust. 4 Zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawców, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji wykonania przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat, który jest produkowany na zamówienie zgodnie z wymaganą przez Zamawiającego konfiguracją.

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie 2:

Wzór umowy, załącznik nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas naprawy gwarancyjnej urządzenia wynosił 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii w przypadku napraw nie wymagających części zamiennych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 14 dni roboczych?

Odpowiedź 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 3:

Wzór umowy, załącznik nr 6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 4:

Wzór umowy, załącznik nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §4 pkt. 8. Wykonawca gwarantuje nieodpłatne naprawy gwarancyjne oraz wymianę części na nowe w czasie trwania gwarancji.





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 5:

Wzór umowy, załącznik nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu §4 pkt. 9: „Wymiana elementu/podzespołu na nowy nastąpi w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu”?

Odpowiedź 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 6:

Wzór umowy, załącznik nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary z 0,5% na 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 7:

Wzór umowy, załącznik nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary z 0,5% na 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie urządzenia zastępczego?

Odpowiedź 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 8:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Czy Zamawiający wymaga rozwiązania kompaktowego, gdzie monitory lub monitor są zamontowane na wózku z ramieniem C, a system taki stanowi jedną całość?

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Pytanie 9:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał funkcję automatycznej detekcji metalu?

Odpowiedź 9:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 10:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z monitorem/monitorami medycznymi zgodnymi z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia?

Odpowiedź 10:

Tak

Pytanie 11:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparatu, którego głębokość ramienia C wynosi 66 cm ?
Różnica między parametrami wymaganymi, a oferowanymi jest niewielka i nie wpływa na ergonomię pracy.



MW



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 12:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z ruchem pionowym 44,5 cm oraz przyzna 10 punktów, za taki zakres ruchu według następującej punktacji ?

Ruch w pionie $\geq 43\text{cm}$ – 10 pkt;

= 42 cm – 0 pkt

Odpowiedź 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 13:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, którego zakres ruchu orbitalnego wynosi 120° ? Jest to zakres wystarczający do wykonania wszystkich procedur na Sali operacyjnej.

Odpowiedź 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 14:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, którego obrót wokół osi pionowej wynosi $\pm 205^\circ$ (czyli łącznie 410°) ? Zakresem wymaganym dla tego typu aparatów jest 360° .

Odpowiedź 14:

Jeżeli Wykonawca miał na myśli poz. 8 Załącznika 3 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, tj. Zamawiający dopuszcza, jeżeli Wykonawca miał na myśli poz. 8 czyli Obrót wokół osi poziomej (angulacja) - $\geq \pm 225^\circ$.



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 15:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyznanie punktacji za zakres wychyleń większy niż $\pm 10^\circ$ i przyzna punkty według następującej oceny:

$\geq \pm 11^\circ$ – 10 pkt

$= \pm 10^\circ$ – 0 pkt

Odpowiedź 15:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 16:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, który posiada dźwignę do sterowania funkcjami generatora oraz hamulce po obu stronach podstawy jezdnej wózka? Jest to standardowe rozwiązanie dla tego typu systemów.

Odpowiedź 16:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 17:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparatu z sygnalizacją włączonego promieniowania na wózku z monitorami?

Odpowiedź 17:

Zamawiający dopuszcza.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOO Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane rozwiązanie.

Pytanie 18:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparatu z generatorem o wysokiej częstotliwości 40 kHz?

Odpowiedź 18:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z trybem rzeczywistej fluoroskopii ciągłej, a nie wysokoimpulsowej?

Odpowiedź 19:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 20:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparatu, który posiada tryb fluoroskopii impulsowej w zakresie 1, 2, 4, 8 pulsów/sekundę, ale posiada również tryb fluoroskopii ciągłej?

Odpowiedź 20:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 21:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparatu z pełną automatyką bez możliwości regulacji impulsu?





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź 21:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 22:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, którego zakres prądów dla radiografii cyfrowej wynosi maksymalnie 20 mA?

Odpowiedź 22:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wartości minimalnej 0,2 mA.

Pytanie 23:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, którego zakres prądów dla fluoroskopii impulsowej wynosi 0,2-12 mA?

Odpowiedź 23:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 24:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat posiadający tryb fluoroskopii impulsowej z możliwością wyboru trybu w zakresie 1, 2, 4, 8 pulsów/sekundę, ale szerokość impulsu ustawiona jest fabrycznie?

Odpowiedź 24:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie 25:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparatu z lampą dwuogniskową ze stacjonarną anodą, której wymiar mniejszego ogniska wynosi 0,6?

Odpowiedź 25:

Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane rozwiązanie.

Pytanie 26:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyznanie punktacji za pojemność cieplną anody i przyzna punkty według następującej oceny:

= 50 – 69 kHU – 0 pkt

≥ 70 kHU – 10 pkt

Odpowiedź 26:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 27:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparatu o pojemności cieplnej kołpaka 900 kHU?

Odpowiedź 27:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie 28:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania celownik laserowy montowany na obudowie wzmacniacza?

Odpowiedź 28:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 29:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyznanie punktacji za głębię obrazu i przyzna punkty według następującej oceny:

= 12 bit – 0 pkt.

≥ 16 bit – 10 pkt.

Odpowiedź 29:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 30:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat bez programów anatomicznych? Oferowany aparat posiada za to funkcję automatycznego doboru dawki w zależności od prześwietlanej anatomii.

Odpowiedź 30:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie 31:

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat posiadający 1 monitor o przekątnej 27" dzielony na 2 ekrany, zamontowany na przegubowym ramieniu z możliwością regulacji wysokości, obrotu w 4 strony oraz pochylenia. Monitor jest zintegrowany z wózkiem ramienia C?

Odpowiedź 31:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

PREZES ZARZĄDU

Michał Nowrotek

