



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Katowice, dnia 07.02.2022 r.

L.dz. 204/02/2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Dostawa wyposażenia medycznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs **Znak sprawy: ZP/UE-B/1/2022**

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Dotyczy: rozdz. IX „Zapytania ofertowe”

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie / przesłanie oferty e-mailem np. w formie podpisanego skanu?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Dotyczy: pakiet nr I – Łóżka szpitalne (elektryczne) I – 13 szt.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3 Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy łóżka pantograf tj. konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą stabilność leża?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 4 Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza łóżka o długości całkowitej 2165 (\pm 75 mm).

Pytanie nr 5 Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 1980 x 860 mm, co będzie traktowane jako wymiar leża? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 6 Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 7 Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców $0^{\circ} - 65^{\circ}$ (+/- 5°)?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 8 Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga $0^{\circ} - 13^{\circ}$ (+/- 2°)?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 9 Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga $0^{\circ} - 15^{\circ}$ (+/- 2°)?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 10 Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 12 Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka sterowanego przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny; pilot bez wskaźnika podłączenia do sieci; w celu bezpieczeństwa pacjenta pilot z możliwością blokady tylko funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (blokada selektywna), bez możliwości blokady całego pilota?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 13 Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), dźwignia umieszczona pod segmentem oparcia pleców oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego autokonturu segmentu oparcia pleców i uda?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 15 Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odcinane bez użycia narzędzi; segment miednicy stały, stalowy lakierowany proszkowo?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczytu o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, łatwo odcinane, górna część szczytu posiadająca wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące co najmniej 70% długości szczytu?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 17 Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w cztery opuszczane i składane obok ramy leża niezależnie tworzywowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości, każda barierka posiadająca wyprofilowane uchwyty ułatwiające wstawanie lub siadanie; w narożnikach leża krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami; barierki w części środkowej nie wyposażone w tunel na przewód odprowadzający płyny fizjologiczne?



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 17

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 18 Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w haczyki na worki urologiczne po dwóch stronach leża?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w tworzywowe (nie elastyczne) uchwyty materaca przy dwóch segmentach, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20 Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę jezdnią, wyposażoną w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe), z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego ramę w kolorze jasnoszarym oraz możliwość wyboru kolorów wklejek na szczytach (10 kolorów do wyboru)?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź nr 21

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: pakiet nr II – Łóżka szpitalne (elektryczne) II – 12 szt.

Pytanie nr 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 22

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 23 Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy łóżka pantograf tj. konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą stabilność leża?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 24 Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający dopuszcza łóżka o długości całkowitej 2165 (\pm 75 mm).

Pytanie nr 25 Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej łóżka wraz z zamontowanymi barierkami 980 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej łóżka wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 990 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 26 Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 1980 x 860 mm, co będzie traktowane jako wymiar leża? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 27 Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 28 Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców $0^\circ - 65^\circ$ (+/- 5°)?)?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 29 Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga $0^\circ - 13^\circ$ (+/- 2°)?)?

Handwritten signature and initials



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 29

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 30 Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga $0^{\circ} - 15^{\circ}$ (+/- 2°)?)

Odpowiedź nr 30

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 31 Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32 Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 33 Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli oraz z możliwością instalacji go na szczycie łóżka; panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR (zablokowanie danej funkcji na panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie); panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego; panel posiada również diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora (bez wskaźnika podłączenia do sieci oraz bez przycisku umożliwiającego zaprogramowanie dowolnej pozycji)?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34 Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), dźwignia umieszczona pod segmentem oparcia pleców oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35 Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmowane bez użycia narzędzi; segment miednicy stały, stalowy lakierowany proszkowo?



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 35
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36 Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z możliwością przedłużenia leża jednostopniowego 300 mm, dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone pod ramą leża od strony szczytu nóg łóżka?

Odpowiedź nr 36
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 37 Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty wykonane z tworzywa sztucznego, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy; szczyty bez możliwości wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna?

Odpowiedź nr 37
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 38 Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w opuszczane, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości z niewielką wolną przestrzenią pomiędzy szczytem, a barierką (nie zintegrowane ze szczytem łóżka); tworzywowe kółka odbojowe umieszczone w narożnikach łóżka chroniące łóżko przed uderzeniami; wysokość barierki liczona od górnej części leża do szczytu barierki min. 41 cm?

Odpowiedź nr 38
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 39 Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w tworzywowe (nie elastyczne) uchwyty materaca przy dwóch segmentach, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?

Odpowiedź nr 39
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40 Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę jezdnią, wyposażoną w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe), z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

Odpowiedź nr 40
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41 Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego ramę w kolorze jasnoszarym oraz możliwość wyboru kolorów wklejek na szczytach (10 kolorów do wyboru)?





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź nr 41
Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: pakiet nr III – Łóżka szpitalne (elektryczne) o nośności powyżej 250 kg – 1 szt.

Pytanie nr 42 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź nr 42
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 43 Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy łóżka pantograf tj. konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą stabilność leża?

Odpowiedź nr 43
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 44 Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szyny stalowe, lakierowane proszkowo mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?

Odpowiedź nr 44
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45 Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź nr 45
Zamawiający dopuszcza łóżka o długości całkowitej 2165 (± 75 mm).

Pytanie nr 46 Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego w części wezglowia krążki jednoosiowe?

Odpowiedź nr 46
Zamawiający wyraża zgodę.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 47 Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione łatwo odedjmowanymi płytami HPL (bez konieczności użycia narzędzi)?

Odpowiedź nr 47

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48 Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie wyposażonego w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu?

Odpowiedź nr 48

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 49 Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterowania funkcjami łóżka:

- Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta oraz od wewnątrz dla personelu, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji regulacji wezglowia, regulacji wysokości leża, regulacji uda; panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa aktywujące w sposób świadomy funkcje sterowania, diody LED informujące o zablokowanej funkcji oraz diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka (od strony zewnętrznej i wewnętrznej)
- Wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców, pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga znajdujące się na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek
- Przewodowy pilot dla pacjenta z możliwością zawieszenia go na barierce: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur
- Panel sterowania dla personelu posiadający z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli oraz z możliwością instalacji go na szczycie łóżka
- Panel sterowania dla personelu posiadający wyposażony w regulację segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga – możliwość selektywnej blokady funkcji, diody LED informujące o zablokowanej funkcji
- Panel sterowania dla personelu posiadający zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku): pozycja reanimacyjna (CPR), „krzesła kardiologicznego”, antyszokowa, egzaminacyjna - funkcje dostępne w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji
- Panel p sterowania dla personelu posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 50 Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź nr 50

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 51 Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0° – 65° (+/- 5°)?



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 51

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 52 Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga $0^{\circ} - 13^{\circ}$ (+/- 2°)?

Odpowiedź nr 52

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 53 Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową?

Odpowiedź nr 53

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 54 Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zakres regulacji wysokości leża góra / dół 405 mm?

Odpowiedź nr 54

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 55 Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego sygnalizację wizualną (diody LED) informującą o najniższej pozycji leża?

Odpowiedź nr 55

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 56 Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bariereki nie wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta?

Odpowiedź nr 56

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 57 Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego po obu stronach leża stalowe, lakierowane proszkowo listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz worków urologicznych i drenażowych, wyposażone w przesuwne, tworzywowe haczyki (4 haczyki po każdej stronie łóżka) z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta i montowanego wyposażenia?

Odpowiedź nr 57

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58 Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysuwaną półkę na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z możliwością podwieszenia po nią panelu centralnego?

Odpowiedź nr 58

Zamawiający wyraża zgodę.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 59 Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość przedłużenia leża 30 cm, dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone pod ramą leża od strony szczytu nóg łóżka?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź nr 59

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pakiet nr I Łóżka szpitalne (elektryczne) I – 13 szt.

Pytanie nr 60 Punkt 4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego o długości całkowitej 2200 mm i wymiarem leża 880x2000 mm.

Odpowiedź nr 60

Zamawiający dopuszcza łóżko o długości 2165 (\pm 75 mm) i wymiarem leża 880x2000 mm przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 61 Punkt 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją oparcia pleców w zakresie 0-63 stopnie, segmentu uda 0-30 stopni.

Odpowiedź nr 61

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 62 Punkt 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 380-790 mm.

Odpowiedź nr 62

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63 Punkt 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego funkcjami elektrycznymi za pomocą pilota oraz panelu centralnego dla personelu medycznego.

Odpowiedź nr 63

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów pkt 10.

Pytanie nr 64 Punkt 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z mechanicznym poziomowaniem CPR – dźwignie umiejscowione po obu stronach łóżka, łatwe do zidentyfikowania.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 64

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 65 Punkt 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego ze szczytami wykonanymi z polipropylenu, z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej, specjalnie zaprojektowane do zaczeplenia centralnego panelu sterowania oraz kompresora materaca powietrznego i/lub półki na monitor.

Odpowiedź nr 65

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 66 Punkt 15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z barierkami wykonanymi z trzech epoksydowanych, stalowych rurek, wyposażonych w zabezpieczone połączenia w celu łatwych, intuicyjnych ruchów, o wysokości 39 cm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odpowiedź nr 66

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 67 Punkt 16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego bez półki na pościel.

Odpowiedź nr 67

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 68 Punkt 19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego wyposażonego w wysokiej jakości tworzywowe uchwyty materaca, które lepiej i stabilniej zabezpieczają materac przed przemieszczaniem się.

Odpowiedź nr 68

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69 Punkt 23 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z ra

Odpowiedź nr 69

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi, ponieważ brak jest tekstu - urwany tekst.

Pakiet nr II Łóżka szpitalne (elektryczne) II – 12 szt.

Pytanie nr 70 Punkt 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem, a całym podłożem 150 mm.

Odpowiedź nr 70

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 71 Punkt 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego o całkowitej szerokości wraz z zamontowanymi barierkami 990 mm oraz wymiarze leża 880x2000 mm.

Odpowiedź nr 71

Zamawiający wyraża zgodę.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 72 Punkt 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego o szczelności układu elektrycznego IPX4.

Odpowiedź nr 72

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 73 Punkt 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-63 stopnie, segmentu uda 0-30 stopni.

Odpowiedź nr 73

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 74 Punkt 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 380-790 mm.

Odpowiedź nr 74

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 75 Punkt 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego bez półki do odkładania pościeli w celu umieszczania tam panelu centralnego, który w łatwy sposób może z niej wysunąć bądź się wysunąć, co grozi upadkiem, a w konsekwencji uszkodzeniem. Proponujemy rozwiązanie funkcjonalniejsze – panel wieszany na specjalnie wyprofilowanym i przystosowanym w tym celu szczycie łóżka od strony nóg pacjenta.

Odpowiedź nr 75

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 76 Punkt 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z panelem centralnym z czytelnymi piktogramami wskazującymi daną funkcję łóżka, bez konieczności funkcji podwójnego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem, bez konieczności programowania każdej pozycji osobno.

Odpowiedź nr 76

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 77 Punkt 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z mechanicznym poziomowaniem CPR – dźwignie umiejscowione po obu stronach łóżka, łatwe do zidentyfikowania.

Odpowiedź nr 77

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr II Łóżka szpitalne (elektryczne) II – 12 szt.

Pytanie nr 78 Punkt 16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego ze szczytami wykonanymi z polipropylenu, z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej, specjalnie zaprojektowane do zaczepienia centralnego panelu sterowania oraz kompresora materaca powietrznego i/lub półki na monitor.

Odpowiedź nr 78



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 79 Punkt 17 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z barierkami wykonanymi z trzech epoksydowanych, stalowych rurek, wyposażonych w zabezpieczone połączenia w celu łatwych, intuicyjnych ruchów, o wysokości 39 cm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Odpowiedź nr 79

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 80 Punkt 18 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego bez półki na pościel.

Odpowiedź nr 80

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 81 Punkt 24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego z wypełnieniami szczytów w kolorach: ciemny niebieski, jasno niebieski, lila, czerwony, pomarańczowy, żółty, ecru oraz rama w kolorze białym.

Odpowiedź nr 81

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do załącznika nr 3.1 – Łóżka szpitalne (elektryczne) I – 13 sztuk:

Pytanie nr 82 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne (elektryczne), które posiada leże podparte w sześciu punktach, gwarantując stabilność leża?

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 83 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne (elektryczne), które posiada długość całkowitą wynoszącą 2180 mm?

Odpowiedź nr 83

Zamawiający dopuszcza łóżka o długości całkowitej 2165 (± 75 mm).

Pytanie nr 84 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne (elektryczne), które posiada wymiary leża wynoszące 905 x 2040 mm?

Odpowiedź nr 84

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 85 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne (elektryczne), które posiada regulację segmentu uda w zakresie 0-40°?

Odpowiedź nr 85

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 86 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne (elektryczne), które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 390 – 800 mm?





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 86
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 87 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), które posiada przewodowy pilot bez możliwości blokady funkcji przez personel?

Odpowiedź nr 87
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 88 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne, które posiada przewodowy pilot nie wyposażony w optyczny wskaźnik podłączenia do sieci?

Odpowiedź nr 88
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 89 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), które posiada panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie w postaci podnoszonej pokrywy zabezpieczającej pulpit sterujący przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, możliwość selektywnego blokowania wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł, bez możliwości blokady poszczególnych funkcji?

Odpowiedź nr 89
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 90 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), które posiada pilota przewodowego bez możliwości blokady funkcji Trendelenburga oraz całego pilota, blokownie poszczególnych funkcji dostępne z panelu sterującego?

Odpowiedź nr 90
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 91 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), które posiada leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami bez użycia narzędzi z tworzywa HPL, przeziernymi dla promieniowania RTG, odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekcyjnych oraz działanie UV?

Odpowiedź nr 91
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 92 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), które posiada szczyty wykonane z tworzywa wypełnione kolorową wklejką dostępną w 5 kolorach, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź nr 92
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 93 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), które posiada tworzywowe barierki boczne, podwójne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką, górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?

Odpowiedź nr 93

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 94 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), wyposażone w tworzywowe barierki boczne bez tworzywowych listew odbojowych umieszczonych na barierkach na całej długości?

Odpowiedź nr 94

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 95 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), wyposażone w barierki boczne nie posiadające w części środkowej tunelu na przewód odprowadzający płyny fizjologiczne?

Odpowiedź nr 95

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 96 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), które posiada nieelastyczne uchwyty materaca tylko w segmencie nożnym?

Odpowiedź nr 96

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 97 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), które posiada nieantystatyczne koła o średnicy 150 mm, zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady wraz z kołem kierunkowym, dźwignie uruchamiające centralną blokadę w dwóch narożach ramy podwozia łożka od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź nr 97

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 98 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne), które posiada konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9002 tzw. „złamanej bieli” bez możliwości wyboru koloru ramy łożka?

Odpowiedź nr 98

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 99 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne, które posiada wybór kolorów wklejek szczytów oraz poręczy spośród 5 dostępnych kolorów?

Odpowiedź nr 99

Zamawiający wyraża zgodę.





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytania do załącznika nr 3.2 – Łóżka szpitalne (elektryczne) II – 12 sztuk:

Pytanie nr 100 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, które posiada leże podparte w sześciu punktach, gwarantując stabilność leża?

Odpowiedź nr 100

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 101 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, które posiada szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami wynoszącą 985 mm?

Odpowiedź nr 101

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 102 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, które posiada wymiary leża wynoszące 905 x 2040 mm?

Odpowiedź nr 102

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 103 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, które posiada stopień ochrony IP X4? Pragniemy zauważyć, że pierwsza cyfra oznacza jedynie stopień ochrony urządzenia przed wnikaniem obcych ciał stałych (np. pyłów); natomiast druga (w przypadku oferowanych łóżek jest to 4) oznacza stopień ochrony przed skutkami wnikania cieczy – i właśnie ten stopień ochrony jest istotny w środowiskach szpitalnych?

Odpowiedź nr 103

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 104 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, które posiada regulację segmentu uda w zakresie 0-40°?

Odpowiedź nr 104

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 105 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 390 – 800 mm?

Odpowiedź nr 105

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 106 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, które posiada panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie w postaci podnoszonej pokrywy zabezpieczającej pulpit sterujący przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, możliwość selektywnego blokowania wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł, bez możliwości blokady poszczególnych funkcji pilota?

Odpowiedź nr 106

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 107 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne) II, który posiada panel sterujący nie wyposażony w optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci?

Odpowiedź nr 107

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 108 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne) II, który posiada panel sterujący nie wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający zaprogramowanie dowolnej pozycji?

Odpowiedź nr 108

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 109 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne) II, które posiada leże wypełnione łątwo odedjmowanymi panelami bez użycia narzędzi z tworzywa HPL, przeziernymi dla promieniowania RTG, odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekcyjnych oraz działanie UV?

Odpowiedź nr 109

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 110 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne) II, które posiada dźwignie zwalniania mechanizmu przedłużania leża umieszczone pod leżem?

Odpowiedź nr 110

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 111 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne) II, które posiada szczyty wykonane z tworzywa wypełnione kolorową wklejką dostępną w pięciu kolorach, odedjmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, bez możliwości wykorzystania szczytu jako deska reanimacyjna?

Odpowiedź nr 111

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 112 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne) II, które posiada tworzywowe bariereki boczne, podwójne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką, górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?

Odpowiedź nr 112

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 113 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne (elektryczne) II, wyposażone w tworzywowe bariereki boczne bez tworzywowych listew odbojowych umieszczonych na barierkach na całej długości?



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 113

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 114 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta w części plecowej na wysokości 400 mm, natomiast w części nożnej na wysokości 384 mm?

Odpowiedź nr 114

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 115 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, które posiada wysuwaną półkę do odkładania pościeli, nie wystającą poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 8 kg?

Odpowiedź nr 115

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 116 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, które posiada nieelastyczne uchwyty materaca tylko w segmencie nożnym?

Odpowiedź nr 116

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 117 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) II, które posiada konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9002 tzw. „złamanej bieli” bez możliwości wyboru koloru ramy łóżka?

Odpowiedź nr 117

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 118 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczna) II, które posiada wybór kolorów wklejek szczytów oraz poręczy spośród 5 dostępnych kolorów, bez możliwości wyboru koloru drewnopodobnego?

Odpowiedź nr 118

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do załącznika nr 3.2 – Łóżka szpitalne (elektryczne) o nośności powyżej 250 kg – 1 sztuka:

Pytanie nr 119 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) o nośności powyżej 250 kg, które posiada leże podparte w sześciu punktach, gwarantując stabilność leża?

Odpowiedź nr 119

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 120 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) o nośności powyżej 250 kg, które nie posiada szyn nierdzewnych mocowanych po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Odpowiedź nr 120
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 121 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) o nośności powyżej 250 kg, które posiada długość całkowitą wynoszącą 2180 mm?

Odpowiedź nr 121
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 122 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (elektryczne) o nośności powyżej 250 kg, które posiada w narożach ramy leża 4 krążki odbojowe nie stożkowe

Odpowiedź nr 122
Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy części nr 7:

Pytanie nr 123 Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne myjni (szer. x gł. x wys.) 650 x 710 x 2000 mm?

Odpowiedź nr 123
Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany, o których mowa powyżej Zamawiający informuje, iż niniejszym zmienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz Ogłoszeniu o zamówieniu pn. Dostawa wyposażenia medycznego dla MED Holding S.A. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-0035/21 pn. „Praca na zdrowie Plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – Baza konkurencyjności – Ogłoszenie nr 2022-10592-90324, termin składania i termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert – 11.02.2022 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert – 11.02.2022 r. godz. 13:15

PREZES ZARZĄDU
Michał Nowrotek
Michał Nowrotek

WICEPREZES ZARZĄDU
Patrycja Onak
Patrycja Onak