

**Katowice, dnia 08.11.2023 r.**

**L.dz. 331/11/2023/MK**

### **Uczestnicy postępowania**

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia medycznego dla PW JUMO Sp. z o.o. w ramach projektu nr WNDRPSL.08.03.02-24-00B6/23 pn. „Na zdrowie Urologia!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

**Nr. sprawy:** ZP/UE-B/1/2023

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dot. Pakiet I Łóżko elektryczne 27szt

### **Pytanie nr 1:**

Dot. Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści leże (powierzchnie materaca) wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami z polipropylenu?

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 2:**

Dot. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga sterowaną tylko z panelu sterowniczego montowanym na szczycie łóżka od strony nóg ?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza sterowanie pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga tylko z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 3:**

Dot. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną funkcji CPR sterowaną za pomocą 1 przycisku tylko z panelu sterowniczego montowanym na szczycie łóżka od strony nóg ?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną funkcji CPR sterowaną za pomocą 1 przycisku tylko z panelu sterowniczego montowanym na szczycie łóżka od strony nóg przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 4:**

Dot. Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści panel sterujący wyposażony w jedнопrzyciskowa blokadę wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowej tj. elektrycznego CPR?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 5:**

Dot. Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści autoregresję oparcia pleców 100mm?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 6:**

Dot. Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża 35°?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 7:**

Dot. Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie 15° obustronnie?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający dopuści wskazane parametry.

**Pytanie nr 8:**

Dot. Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści funkcję opisaną w pkt. 18 realizowaną za pomocą kilku przycisków?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 9:**

Dot. Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści możliwość blokowania/odblokowywania szczytów za pomocą dwóch niezależnych dźwigni z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane?

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 10:**

Dot. Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści korzystniejsze rozwiązanie w postaci centralnej blokady wszystkich kół ?

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby składanie barierki odbywało się za pomocą blokady umieszczonej w barierce na wysokości biodra personelu medycznego, co jest rozwiązaniem

korzystniejszym i pożądanym z punktu widzenia ergonomii pracownika i zmniejsza ryzyko chorób zawodowych personelu związanych z przeciążeniami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym?

#### **Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

**W przypadku zaoferowania rozwiązań dopuszczonych niniejszymi odpowiedziami Wykonawca zobowiązany jest w załączniku 3 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia w kolumnie „Wpisać TAK/NIE” wpisać tak i podać jakie parametry posiada oferowany przez niego sprzęt, tak aby Zamawiający mógł zweryfikować co Wykonawca oferuje.**

**W tej sytuacji Wykonawca wprowadza również dodatkową informację, że niniejszy parametr został dopuszczony zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr .... udzieloną przez Zamawiającego w dniu .....**

**Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany, o których mowa powyżej Zamawiający informuje, iż niniejszym zmienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz Ogłoszeniu o zamówieniu pn. Dostawa wyposażenia medycznego dla PW JUMO Sp. z o.o. w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-00B6/23 pn. „Na zdrowie Urologia!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs Baza konkurencyjności – Ogłoszenie nr 2023-10592-178721, termin składania i termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym:**

**Termin składania ofert – 10.11.2023 r. godz. 12:00**

**Termin otwarcia ofert – 10.11.2023 r. godz. 12:15**