



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Katowice, dnia 26.11.2018 r.

L.dz. 987/11/2018

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Zapytania ofertowego na *Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-05HB/17-000 pn. „Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach poprzez zakup sprzętu do leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych”*. **Znak sprawy: ZP/UE-S/1/2018.**

Na podstawie Rozdziału XI ust. 4 Zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1:

Dotyczy pakietu nr 4 Laser holmowy pkt 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lasera holmowego mogącego pracować w trybie ciągłym w zakresie temperatur 25 -30 stopni Celcjusza ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie 2:

Dotyczy pakietu nr 4 Laser holmowy pkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lasera holmowego o maksymalnej mocy dostarczanej do tkanek 35W ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza.





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 3:

Dotyczy pakietu nr 4 Laser holmowy pkt 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lasera holmowego o energii impulsu 0,1 -5 J?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Dotyczy pakietu nr 4 Laser holmowy do pkt 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lasera holmowego o szybkości powtarzania częstotliwości impulsów) 3 -30 Hz?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 5:

Dotyczy pakietu nr 4 Laser holmowy pkt 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lasera holmowego o regulowanym w zakresie czasie trwania impulsu od 95-do 1500 μ s (ustawianym automatycznie dla wybranego programu) ?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Pytanie 6:

Dotyczy pakietu nr 4 Laser holmowy pkt 9:



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Czy Zamawiający w pkt 9 dopuścił się omyłki pisarskiej i miał na myśli współpracę lasera z włóknami wielorazowymi do 20 użyć, i włókna 1 razowego użytku ?

Odpowiedź 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 7:

Dotyczy pakietu nr 4 Laser holmowy pkt 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lasera holmowego współpracujący z włóknami wielorazowymi do 10 użyć ,oraz z włóknami 1 razowymi ?

Odpowiedź 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 8:

Dotyczy pakietu nr 4 Laser holmowy pkt 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lasera holmowego z możliwością użycia włókien o rozmiarze 200 μm , 272 μm ,365 μm ,550 μm ,800 μm i 1000 μm ?

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

Dotyczy pakietu nr 4 Laser holmowy pkt 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lasera holmowego który podczas pracy nie wyświetla na panelu urządzenia informacji o długości impulsu (impulsy długie /impulsy krótkie) ? Urządzenie ma przypisane do programów pracy długości impulsów w trybie kruszenia litotrypsja (impulsy krótkie) i w trybie rozpylania – tzw. Dusting (impulsy długie) ?

Odpowiedź 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 10:

Dotyczy pakietu nr 7 „tor wizyjny w technologii HD -1 zestaw pkt 2:



Wuj



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownik kamery wyposażonego w wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI oraz wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C ?

Odpowiedź 10:

Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 11:

Dotyczy pakietu nr 7 „tor wizyjny w technologii HD -1 zestaw pkt 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownik kamery z możliwością zapisu zdjęć w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery?

Odpowiedź 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 12:

Dotyczy pakietu nr 7 „tor wizyjny w technologii HD -1 zestaw pkt 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownik kamery z możliwością zapisu zdjęć, natomiast filmów poprzez podłączenie zewnętrznej nagrywarki?

Odpowiedź 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 13 do pkt 12 i 13:

Dotyczy pakietu nr 7 „tor wizyjny w technologii HD -1 zestaw pkt 12 i 13

Prosimy o dopuszczenie toru wizyjnego bez funkcji wyświetlania wskaźnika punktowego oraz siatki na ekranie monitora.

Odpowiedź 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 14:

Dotyczy pakietu nr 7 „tor wizyjny w technologii HD -1 zestaw pkt 14:

Mewa



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownik kamery z funkcją ułatwiającą różnicowanie struktur tkankowych i unaczynienia poprzez cyfrowe i optyczne, wycięcie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego przez zastosowanie fizycznego filtra w źródle światła. Jest to najskuteczniejsza metoda uwidaczniania pod śluzówkowych naczyń krwionośnych co zostało potwierdzone badaniami klinicznymi.

Odpowiedź 14:

Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane parametry.

Pytanie 15:

Dotyczy pakietu nr 7 „tor wizyjny w technologii HD -1 zestaw pkt 15 - Skład zestawu - podpunkt A, B,C:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownik kamery z możliwością podłączenia naprzemiennie do sterownika obrazu ,głowicy kamery lub giętkiego videoendoskopu ?

Odpowiedź 15:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 16:

Dotyczy pakietu nr 7 „tor wizyjny w technologii HD -1 zestaw pozycja -Głowica kamery- podpunkt B:

Prosimy o dopuszczenie głowicy wyposażonej w 3 przetworniki obrazowe w typu CMOS jako rozwiązanie równoważne do wymaganych przetworników CCD.

Odpowiedź 16:

Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 17:

Dotyczy pakietu nr 7 „tor wizyjny w technologii HD -1 zestaw, pozycja -Głowica kamery- podpunkt D:

Mura



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy kamery wyposażoną w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 1 funkcji pod jednym przyciskiem?

Odpowiedź 17:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 18:

Dotyczy pakietu nr 7 „tor wizyjny w technologii HD -1 zestaw, pozycja -Głowica kamery- podpunkt E:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy kamery wyposażonej w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, bez określenia typu zoomu?

Odpowiedź 18:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19:

Dotyczy pakietu nr 7 „tor wizyjny w technologii HD -1 zestaw, pozycja -Głowica kamery- podpunkt F:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy kamery z możliwością sterylizacji w tlenku etylenu, STERRAD NX, 100NX ?

Odpowiedź 19:

Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 20:

Dotyczy pakietu nr 7 „Zestaw do nowotworowych operacji laparoskopowych...” pkt 1:
Prosimy o dopuszczenie insuflatora CO2 z regulacją ciśnienia gazu w zakresie 2-25 mmHg oraz przepływu w zakresie 0,1 – 45l.

Odpowiedź 20:

Zamawiający dopuszcza.

Mury



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 21:

Dotyczy pakietu nr 7 „Zestaw do nowotworowych operacji laparoskopowych...” pkt 2:

Prosimy o dopuszczenie pompy ssąco płuczącej o zakresie regulacji przepływu 0-1,8l oraz stałym trybie odsysania.

Odpowiedź 21:

Zamawiający podtrzymuje Zapytania ofertowego.

Pytanie 22:

Dotyczy pakietu nr 7 „Zestaw do nowotworowych operacji laparoskopowych...” pkt 3:

Prosimy o dopuszczenie wózka aparaturowego z szufladą, 12 gniazdami, wysięgnikiem na monitor, wysięgnikiem IV pole, uchwytem butli CO2.

Odpowiedź 22:

Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 23:

Dotyczy pakietu nr 7 „Zestaw do nowotworowych operacji laparoskopowych...” pkt 1-17:

Prosimy o dopuszczenie narzędzi laparoskopowych o poniższych parametrach:

Pkt 1 Trokar kompletny (tubus, grot) 5,5 mm dł. 110 mm

Pkt 2 Trokar kompletny (tubus, grot) 11 mm dł. 110 mm

Pkt 3 Trokar bezpieczny, kompletny (tubus, stożek Hassona, grot) typu Hasson 11mm dł. 110 mm

Pkt 4 Nasadka redukcyjna 13/11/5,5 mm

Pkt 5 Kleszcze chwytające typu Manhes, zęby 2/3, obie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe rozbieralne (tubus, rączka z zamkiem, wkład roboczy) śr. 5 mm dł. 33 cm

Pkt 6 Kleszcze chwytające – preparacyjne typu Maryland, obie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe rozbieralne (tubus, rączka z zamkiem, wkład roboczy) śr. 5 mm dł. 33 cm



Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZoz Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pkt 7 Kleszcze chwytające, jelitowe typu Johann, okienkowe, obie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe rozbieralne (tubus, rączka z zamkiem, wkład roboczy) śr. 5 mm dł. 33 cm

Pkt 8 Nożyczki typu Metzenbaum, obie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe rozbieralne (tubus, rączka bez zamka, wkład roboczy) śr. 5 mm dł. 33 cm

Pkt 9 Kleszcze chwytające typu Claw , zęby 2/3, jedna bransza ruchoma, obrotowe rozbieralne (tubus, rączka z zamkiem, wkład roboczy) śr. 10 mm dł. 33 cm

Pkt 10 Rurka ssąco płucząca z bocznymi otworami śr. 5 mm, dł. 360 mm

Pkt 11 Elektroda haczykowa monopolarna śr. 5 mm dł. 33 cm

Pkt 12 Przewód HF monopolarny wtyk 4 mm, dł. 3, 5 m.

Pkt. 13 Igła punkcyjna 1,5 mmx 360 mm

Pkt 14 Kleszcze chwytające bipolarne okienkowe typu Johann, śr. 5 mm dł. 330 mm

Pkt 15. Kleszcze chwytające bipolarne śr. 5 mm dł. 330 mm

Pkt. 16 Nożyczki monopolarne śr. 5 mm dł. 33 cm

Odpowiedź 23:

Zamawiający dopuszcza narzędzia laparoskopowe o parametrach określonych w punktach od 1 do 15 powyżej.

Zamawiający w punkcie 16 podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 24:

Dotyczy pakietu nr 7 -Ksenonowe źródła światła – 2 zestawy, pkt 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła o mocy 300 W?

Odpowiedź 24:

W III.1 Zamawiający dopuszcza ksenonowe źródła światła o mocy mieszczącej się w przedziale od 175 W do 300 W.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną moc.

Pytanie 25:

Dotyczy pakietu nr 7 -Ksenonowe źródła światła – 2 zestawy, pkt 2:

Handwritten signature



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Czy Zamawiający w wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła wyposażonego w wyświetlacz graficzny informujący o aktualnie ustawionej wartości natężenia światła ?

Odpowiedź 25:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie 26:

Dotyczy pakietu nr 7 -Ksenonowe źródła światła – 2 zestawy, pkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła wyposażonego w funkcje manualnej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia ?

Odpowiedź 26:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 27:

Dotyczy pakietu nr 7 -Ksenonowe źródła światła – 2 zestawy, pkt 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła wyposażonego w podświetlony panel informujący o aktualnych parametrach pracującego urządzenia ?

Odpowiedź 27:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 28:

Dotyczy pakietu nr 7 -Ksenonowe źródła światła – 2 zestawy, pkt 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła z możliwością zmiany trybu pracy (standardowy / ICG) przy pomocy przycisku na panelu urządzenia ?

Odpowiedź 28:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 29:

Dotyczy pakietu 7 -Zestaw do elektro resekcji i koagulacji raka pęcherza moczowego-, (27/28 Fr – 2 szt., 24/26 Fr – 2 szt.) – 1 zestaw, poz. A:

Muy



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Optyki cysto-uretroskopowej 30°, średnica 4 mm, o długości 282,2mm ?

Odpowiedź 29:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 30:

Dotyczy pakietu 7 -Zestaw do elektro resekcji i koagulacji raka pęcherza moczowego-, (27/28 Fr – 2 szt., 24/26 Fr – 2 szt.) – 1 zestaw, poz. D:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płaszczu resektoskopowego rozmiar 28 Fr, wraz z dedykowanym płaszczem wewnętrznym o zakończeniu ceramicznym, skośnym. Taki zestaw zapewnia ciągły przepływ oraz obrotową pracę resektoskopu ?

Odpowiedź 30:

Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane parametry.

Pytanie 31:

Dotyczy pakietu 7 -Zestaw do elektro resekcji i koagulacji raka pęcherza moczowego-, (27/28 Fr – 2 szt., 24/26 Fr – 2 szt.) – 1 zestaw, poz. G:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektroda koagulacyjnej w postaci kulki, monopolarnej, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 27/28 Fr, bez podawania jej rozmiaru? Oferowane od lat elektrody są z powodzeniem użytkowane w czasie zabiegów związanych z użyciem energii i w pełni spełniają wymagania jakie stawia współczesna elektrochirurgia w zakresie tamowania krwawień w czasie zabiegów.

Odpowiedź 31:

Zamawiający dopuszcza.

1004



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie 32:

Dotyczy pakietu 7 -Zestaw do elektro resekcji i koagulacji raka pęcherza moczowego-, (27/28 Fr – 2 szt., 24/26 Fr – 2 szt.) – 1 zestaw, poz. H:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kabla monopolarnego do resektoskopów, o długości 4m?

Odpowiedź 32:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 33:

Dotyczy pakietu 7 pkt. 2 -Skład zestawu do elektroresekcji 24/26 Fr, pod poz. A:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Optyki cysto-uretroskopowej 30°, średnica 4 mm, o długości 282,2mm ?

Odpowiedź 33:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 34:

Dotyczy pakietu 7 pkt. 2 -Skład zestawu do elektroresekcji 24/26 Fr, poz. D:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płaszczu resektoskopowego rozmiar 26 Fr, wraz z dedykowanym płaszczem wewnętrznym o zakończeniu ceramicznym, skośnym. Taki zestaw zapewnia ciągły przepływ oraz obrotową pracę resektoskopu ?

Odpowiedź 34:

Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane parametry.

Amey



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie 35:

Dotyczy pakietu 7 pkt. 2 -Skład zestawu do elektroresekcji 24/26 Fr, poz. G:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektroda koagulacyjnej w postaci kulki, monopolarnej, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 24/26 Fr, bez podawania jej rozmiaru? Oferowane od lat elektrody są z powodzeniem użytkowane w czasie zabiegów związanych z użyciem energii i w pełni spełniają wymagania jakie stawia współczesna elektrochirurgia w zakresie tamowania krwawień w czasie zabiegów.

Odpowiedź 35:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36:

Dotyczy pakietu 7 pkt. 2 -Skład zestawu do elektroresekcji 24/26 Fr, poz. H:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kabla monopolarnego do resektoskopów, o długości 4m?

Odpowiedź 36:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowaną wartość.

Pytanie 37:

Dotyczy pakietu 8 część II –. Giętki ureterorenoskop w technice analogowej – 4 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie najnowszej generacji ureterorenoskopu giętkiego, w technice analogowej, posiadającego takie funkcje jak pasywne zgięcie, czy też różne strefy sztywności, poprawiającej bezpieczeństwo endoskopii nerki?

Endoskop posiada następujące parametry techniczne, analogicznie do wymaganych przez Zamawiającego:

1. rozmiar sondy 7,95 Fr,
2. kanał roboczy 3,6 Fr ,
3. zgięcie sondy góra/dół 275 stopni



kw4



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

4. długość robocza 670 mm
5. pole widzenia 90 stopni
6. głębia ostrości (odległość widzenia) 2-50 mm,
7. koniec dystalny sondy 4,9 Fr ,

Wymagane składowe zestawu bez zmian (zawór biopsyjny, zawór narzędzia-irygacji. Nasadka do sterylizacji, 2 szczoteczki, kontener.

Odpowiedź 37:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy aparat o następujących parametrach:

Rozmiar sondy 7,95 Fr

Kanał roboczy 3,6 Fr (parametr tożsamy z wymaganym parametrem).

Zgięcie sondy góra/dół 275 stopni

Długość robocza 670 mm (przy zachowaniu długości całkowitej 1050 mm)

Pole widzenia 90 stopni (parametr tożsamy z wymaganym parametrem).

Głębina ostrości (odległość widzenia) 2-50 mm, (parametr tożsamy z wymaganym parametrem).

Zamawiający nie stawia wymogu dla koniec dystalny sondy 4,9 Fr.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Pytanie 38:

Dotyczy pakietu 8 część II –. Giętki ureterorenoskop w technice analogowej – 4 szt.

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie kontenera do sterylizacji fiberoskopów? Kontener posiada miejsce na przenośne źródło światła, jednak bez określenia typu tego akcesorium. Prosimy o odstąpienie wymogu : przenośne źródło typu I.

Odpowiedź 38:

Zamawiający dopuszcza kontener do sterylizacji niskotemperaturowej do fiberoskopów z miejscem na przenośne źródło światła dowolnego typu.

Pytanie nr 39:

Dotyczy ust. 7 umowy:



lucy



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Prosimy o odstąpienie od wymogu przedłużenia gwarancji o czas przerwy w eksploatacji, w przypadku dostarczenia zamawiającemu na czas naprawy, urządzenia zastępczego, zgodnie z wymogiem ust. 6 par.4.

Odpowiedź 39:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 40:

Dotyczy ust. 8 umowy:

Prosimy o odstąpienie od wymogu wymiany urządzeń oferowanych w pakiecie nr 8 na nowe, w przypadku gdy technologia naprawy, polega na wymianie głównego elementu urządzenia, np. sondy endoskopowej.

Odpowiedź 40:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 41:

dotyczące zapisów SIWZ rozdział II pkt. 3 podpunkt 3, 4; zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 4, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyposażenia (np. elementy wózka, ramię, uchwyt itp.), „które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o którym mowa w umowie paragraf 2 ustęp 6 (Certyfikat CE, deklaracje zgodności), pkt. 7?

W przypadku zgody prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może zmodyfikować dodając kolejny wiersz w formularzu cenowym uwzględniający dwie stawki VAT

Odpowiedź 41:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 42:

dotyczące zapisów SIWZ rozdział II pkt. 4 podpunkt 5, zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 4, 7, 8:

Www



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 5 dni roboczych, a w przypadku napraw poza granicami RP do 12 dni roboczych?

Odpowiedź 42:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 43:

dotyczące zapisów SIWZ rozdział II pkt. 4 podpunkt 9, zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 4, 7, 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu, że wymiana elementu/ podzespołu na nowy nastąpi w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego

Odpowiedź 43:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 44:

dotyczące zapisów SIWZ rozdział II pkt. 4 podpunkt 10, zapisów umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet 4, 7, 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu, obowiązkowa wymiana urządzenia nastąpi w przypadku pięciu napraw gwarancyjnych tego samego elementu/ podzespołu?

Odpowiedź 44:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 45:

dotyczące zapisów SIWZ rozdział VIII pkt.3:

Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji czy Wykonawca załącza do oferty wzór umowy?

Odpowiedź 45:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty Załącznika nr 6 Wzór umowy.



Muy



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie 46:

dotyczące zapisów SIWZ rozdział VIII pkt. 1 podpunkt f:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku parametrów, które nie są oceniane na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego (potwierdzające wartości parametrów technicznych) w przypadku braku potwierżeń parametrów w instrukcjach, broszurach?

Odpowiedź 46:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Pytanie 47:

Dotyczy pakietu 4:

Czy zamawiający dopuści laser w następującej konfiguracji:

Laser holmowy 2100nm 35W

<i>Laser holmowy do litotrypsji i chirurgii</i>		
Lp.	Parametr	Wartość
<i>ZASILANIE</i>		
1.	Zasilanie	115 V~, 50-60Hz; 230 V~, 50Hz
2.	Maksymalny pobór mocy	2200 VA
BEZPIECZEŃSTWO		
3.	Klasa	/
4.	Stopień	BF
5.	Klasa wodoszczelności obudowy	IPX0



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

LASER		
6.	Kraj produkcji	Włochy
7.	Klasa lasera	4
8.	Długość fali	2100nm
9.	Maksymalna moc lasera	Moc maks. za wyjściem światłowodu o średnicy rdzenia 200 urn: 30 W Moc maks. za wyjściem światłowodu o średnicy rdzenia S 272 urn: 35W
10.	Tryby pracy (impulsowe)	Fragmentacyjny Dusting Ablacyjny Koagulacyjny
11.	Częstotliwość powtarzania impulsów	3 - 30 Hz
12.	Czas trwania impulsu, ustawiana automatycznie w zależności od trybu pracy	od 120 do 1900 ljs
13.	Maks. energia impulsu	8 J
14.	Licznik ilości wygenerowanych impulsów	Tak
15.	Licznik energii	Tak
16.	Generowanie raportu z zabiegu	Tak
17.	Zdalna diagnostyka urządzenia	Tak



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

18.	Wiązka pilotująca (PILOT)	532nm, moc<5mW, regulowana jasność
19.	Złącze lasera / włókna laserowego	standard SMA905
20.	Możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów umożliwiającą wykonanie 10 zabiegów danym włóknem i włókien jednorazowych.	Od200umdo 1000um
21.	Elektroniczne wykrywanie obecności światłowodu	tak
22.	Wyświetlacz - ekran dotykowy	7 cali bez możliwości odchylenia
23.	Układ chłodzenia	Wodno-powietrzny
WYPOSAŻENIE		
<i>Wypożyczenie standardowe</i>		
24.	Wyłącznik nożny	1
25.	Okulary ochronne dla długości fali 2100nm	2
26.	Kluczyk zabezpieczający urządzenie	2
27.	Zaślepka gniazda źródła laserowego	1
28.	Blokada INTERLOCK (przewód, kontaktron. wtyk, mocowanie, instrukcja)	1
29.	Elektryczny przewód zasilający z uziemieniem 4m	1
30.	Instrukcja Użytkowania	1
POZOSTAŁE		
31.	Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu)	TAK



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

32.	Deklaracja zgodności	TAK
33.	Instrukcja w języku polskim	TAK
34.	Karta eksploatacji aparatu (paszport techniczny)	TAK

Odpowiedź 47:

Ad.1. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.2. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.3. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.4. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.5. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.6. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.7. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.8. Parametr jest tożsamy z wymaganym parametrem.

Ad.9. Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Ad.10. Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Ad.11. Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Ad.12. Zamawiający dopuszcza.

W kolumnie „Oferowane warunki i parametry (...)” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

lucy



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Medycyny Pracy

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98
tel.: 32 602 71 71

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Ad.13. Zamawiający dopuszcza maksymalną energię impulsu 8 J przy zachowaniu zakresu od minimum 0,5J.

Ad.14. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.15. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.16. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.17. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.18. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.19. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.20. Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Ad.21. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.22. Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Ad.23. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.24. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.25. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.26. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.27. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.28. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.29. Zamawiający nie stawia wymogu.

Ad.30. Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Ad.31. Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Ad.32. Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Ad.33. Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

Ad.34. Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

MED Holding Spółka Akcyjna
40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9
tel. centrala 32 602 70 00,
sekretariat 32 602 71 01, fax 32 602 71 02
Regon 241552141, NIP 9542700833

PREZES ZARZĄDU
Michał Nowrotek
Michał Nowrotek

